

# SELEÇÃO DE FORNECEDORES - 153498

Nro Proposta 1047	Nro Gerencial 153498	Abertura 17/11/2023 10:46:24	Encerramento 20/11/2023 09:00:00	Nro Processo 161123 / 45133	Situação Encerrada
----------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------

**Descrição da proposta**  
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMPRESA P/DAR MANUT.CORRETIVA ENDOSC

**Comprador**  
12.053.184/0002-18 - INSTITUTO CEM - POSSE

**Proposta criada por**  
12.053.184/0002-18 - INSTITUTO CEM - POSSE

**Endereço de cobrança**  
AVENIDA JUSCELINO BUBITSCHECK DE OLIVEIRA SETOR BUENOS AIRES POSSE/GO 73.900-000

Telefone: (62) 3181-0380 Contato: CHARLES OU KAMYLLA DIVINA

**Endereço de entrega**  
AVENIDA JUSCELINO BUBITSCHECK DE OLIVEIRA SETOR BUENOS AIRES POSSE/GO 73.900-000

Telefone: (62) 3181-0380 Contato: CHARLES OU KAMYLLA DIVINA

### Histórico de Publicação

	Data/Hora	Motivo	Encerramento
Publicação	17/11/2023 10:54:15	HISTORICO DA PRIMEIRA ABERTURA - INSERIDO AUTOMATICO	20/11/2023 09:00:00

## TOTAL POR FORNECEDOR

Cpf/Cnpj	Nome do Fornecedor	Contato	Docs	Certs	Cartas	Certifs	Ver Prop	Validade	Cond Pgto	Frete	Prazo Entrega	Fatura Mínima	Total Pedido
<b>TOTAL DO PEDIDO</b>													<b>0,00</b>

## PRODUTOS/SERVIÇOS DA PROPOSTA

### SERVIÇOS

1	<p><b>- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GASTROSCOPIOS</b></p> <p>Detalhes: MARCA PENTAX, SÉRIE A000Z0481.</p> <p>Última Compra: 05/12/2022 R\$: 7.810,0000 Marca: SOLUTECMED Fornecedor: SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA</p> <p><b>PRODUTO NÃO COTADO</b></p>	Unidade: UN	Qtde Solic: 1,00	Menor Cotação:
2	<p><b>- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLONOSCOPIO</b></p> <p>Detalhes: MARCA PENTAX, SÉRIE A0004Z1340 E SÉRIE A0004Z1338</p> <p>Última Compra: 22/05/2023 R\$: 3.995,0000 Marca: PENTAX Fornecedor: ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI</p> <p><b>PRODUTO NÃO COTADO</b></p>	Unidade: UN	Qtde Solic: 2,00	Menor Cotação:

				RF AL - 10499			
Cliente: INSTITUTO CEM GOIÂNESA - POLICLÍNICA DA REGIÃO NORDESTE - POSSE	CNPJ/CPF: 12.053.184/0002-18	Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, S/N		Bairro: SETOR BUENOS AIRES		Cidade: GO	
Contato: SR ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES	Data: 09/11/2023		Fone: 62 - 3157-0732 / 62 - 99973-7067		Ramal:		Email: <a href="mailto:comprasnaif@insullocem.org.br">comprasnaif@insullocem.org.br</a>
<b>Descrição do aparelho</b>							
Aparelho: VIDEO COLONOSCÓPIO							
Marca: PENTAX							
Modelo: EC-38V10CL							
N° de Série: A0004Z1340 ✓							
N° patrimônio:							
Acessórios: MALETA TECIDO PRETA - PISTONS DE ARÁGUA E ASPIRAÇÃO, VÁLVULA DO CANAL DE BIÓPSIA							
<b>Defeito Reclamado</b>							
EQUIPAMENTO ENVIADO PARA AVALIAÇÃO.							
<b>Laudo Técnico</b>							
APÓS AVALIAÇÃO TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE O EQUIPAMENTO APRESENTA MANCHAS NA IMAGEM NO CENTRO E NA PARTE SUPERIOR, CANAIS DE BIÓPSIA E DE ARÁGUA OBSTRUIDOS OU VINCADOS NÃO PERMITINDO A PASSAGEM DA ESCOVA DE LIMPEZA E PÍÇA, TUBO DE INSERÇÃO COM VÁRIOS TRAUMAS DA EXTREMIDADE AO 20, DO 60 AO 70, DO 70 AO 80 E DO 100 AO 110. FIXAÇÃO DA PONTA FLEXÍVEL COM DESGASTE, GUIA DE LUZ COM PERDA DE 15%.							
<b>Valores do Orçamento</b>							
Código		Peças a substituir		Qtz		Vir Unidade	
0009		HORA TÉCNICA		14		Totais	
0007		FRETE		SUB TOTAL		Total Geral: R\$ 25.970,40	
<b>Condições Pagamento:</b> 50% NA APROVAÇÃO E 50% NA ENTREGA							
<b>Prazo de Entrega:</b> DENTRO DE 30 A 40 DIAS CONDICIONADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PELO FABRICANTE							
<b>Garantia:</b> 90 dias a partir da data de faturamento, contra qualquer defeito nos serviços executados e peças substituídas neste orçamento especificadas. Problemas com lmpedas, fibras ópticas, lentes e material de consumo comum, a garantia se limita à integridade física do material na data de entrega. Danos originados por uso indevido, manipulação inadequada ou violação do equipamento não são cobertos por esta garantia.							
<b>Condições Gerais</b>							
(1) O prazo para autorização ou não deste orçamento será de 15 dias corridos a partir da data de emissão. Caso não haja a aprovação ou a renovação do orçamento por parte do cliente, faremos contato para a retirada do equipamento ou o mesmo será remeido com frete a pagar no local de entrega.							
<b>Observações</b>							
A manutenção em questão, refere-se tão somente aos itens (peças e serviços) citados acima e a garantia se restringe a eles. Durante a abertura do equipamento, poderão surgir novas peças com necessidade de troca que não foram relacionadas no orçamento. Caso isso ocorra, nos guardamos o direito de realizar uma nova avaliação do equipamento e posteriormente um novo orçamento. Nossa garantia não cobre qualquer tipo de dano relacionado ao CCD de imagem, bem como placa gerenciadora. Para aparelhos que sofrem infiltrações, a garantia não cobre manchas que vierem a aparecer no decorrer do tempo no CCD de imagem e ou nas lentes dos mesmos.							
Atenciosamente ALAN ASSIS 31-3337-2929 / 31-99985-5808							
<b>Importante</b> A EFETIVAÇÃO DO MESMO SOMENTE OCORRERÁ APÓS O RECEBIMENTO DO ACEITE DESTA CONFIRMAÇÃO POR FAX OU EMAIL.							
Aprovado por:		Assinatura:		Data aprovação:		Data aprovação:	

				RF AL - 10495			
Cliente: INSTITUTO CEM GOIANSIA - POLICLINICA DA REGIAO NORDESTE - POSSE	CNPJ/CPF: 12.053.184/0002-18	Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, S/N		Bairro: SETOR BUENOS AIRES		Cidade: POSSE	
Estado: GO	Data: 09/11/2023		U.F.: GO		Fone: 62 - 3157-0732 / 62 - 99973-7067		Email: <a href="mailto:comprasnaifm@institucem.org.br">comprasnaifm@institucem.org.br</a>
Descrição do aparelho							
Aparelho: VIDEO GASTROSCÓPIO							
Marca: PENTAX							
Modelo: EG-29-V10C							
Nº de Série: A0002Z0481							
Nº patrimônio:							
Acessórios: MALETA TECIDO PRETA - TAMPÃO ELETRÔNICO, PISTONS DE AR/ÁGUA E SUÇÃO, TAMPÃO ELETRÔNICO.							
Defeito Reclamado							
EQUIPAMENTO ENVIADO PARA AVALIAÇÃO.							
LAUDO TÉCNICO							
APÓS AVALIAÇÃO TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE O EQUIPAMENTO APRESENTA: IMAGEM MUITO EMPAÇADA, LENTE DO GUIA DE LUZ TRINCADA, TUBO DE INSERÇÃO SEM VERNIZ, QUEBRADO ENTRE O 60 E 70, LUVA DO TUBO CONECTOR PRÓXIMO AO CORPO DILATADA, GUIA DE LUZ COM PERDA DE +/- 30%.							
Valores do Orçamento							
Código		Peças a substituir		Unid		Qtd	
0009		HORA TÉCNICA		Hr		16	
0007		FRETE		SUB TOTAL		R\$ 27.185,90	
Códigos Pagamento: 50% NA APROVAÇÃO E 50% NA ENTREGA							
Condições de Entrega: DENTRO DE 30 A 40 DIAS CONDICIONADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PELO FABRICANTE							
Garantia: 90 dias a partir da data de faturamento, contra qualquer defeito nos serviços executados e peças substituídas neste orçamento especificadas. Problemas com lentes, mantença, limpeza ou troca de peças, garantia se limita à integridade física do material na data de entrega. Danos oriundos por uso indevido, manutenção inadequada ou violação do equipamento não são cobertos por esta garantia.							
Condições Gerais: (1) O prazo para autorização ou não deste orçamento será de 15 dias corridos a partir da data de emissão. Caso não haja a aprovação ou a renovação do orçamento por parte do cliente, faremos contato para a retirada do equipamento ou o mesmo será remido com frete a pagar no local de entrega.							
Validade da Proposta: 15 DIAS							
Observações: A manutenção em questão, refere-se tão somente aos itens (peças e serviços) citados acima e a garantia se restringe a novas peças com necessidade de troca que não foram relacionadas no orçamento. Caso isso ocorra, nos guardamos o direito de realizar uma nova avaliação do equipamento e posteriormente um novo orçamento. Nossa garantia não cobre qualquer tipo de dano relacionado ao CCD de imagem, bem como placa geradora. Para aparelhos que sofrem infiltrações, a garantia não cobre manchas ou embaçamento que vierem a aparecer no decorrer do tempo no CCD de imagem e ou nas lentes dos mesmos.							
Alinhamento							
ALIN ASSIS							
31 3337 2929 / 31-99985-5808							
Importante							
A EFETIVAÇÃO DO MESMO SOMENTE OCORRERÁ APÓS O RECEBIMENTO DO ACEITE DESTA CONFIRMAÇÃO POR FAX OU EMAIL.							
Assinatura:		Data aprovação:					

<b>InterMedical Equipamentos</b>		<b>RF MEDICAL</b> Serviços e Equipamentos		RF AL - 10494		<b>PENTAX MEDICAL</b>	
Cliente: INSTITUTO CEM GOIANÉSIA - POLICLÍNICA DA REGIÃO NORDESTE - POSSE Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, S/N Cidade: POSSE Contato: SR ENVALDO CAMPOS RODRIGUES Email: <a href="mailto:comprasmar@institucem.com.br">comprasmar@institucem.com.br</a>		Data: 09/11/2023 U.F.: GO Fone: 62 - 3157-0732 / 62 - 99973-7067 Ramal:		CNPJ/CPF: 12.053.184/0002-18 Bairro: SETOR BUENOS AIRES		Ciente: INSTITUTO CEM GOIANÉSIA - POLICLÍNICA DA REGIÃO NORDESTE - POSSE Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, S/N Cidade: POSSE Contato: SR ENVALDO CAMPOS RODRIGUES Email: <a href="mailto:comprasmar@institucem.com.br">comprasmar@institucem.com.br</a>	
<b>Descrição do aparelho</b> Aparelho: VIDEO COLONOSCÓPIO Marca: PENTAX Modelo: EC-38V10CL Nº de Série: A0004Z1338 Nº patrimônio: Acessórios: MALETA TECIDO PRETA - TAMPÃO ELETRÔNICO, PISTONS DE AR/ÁGUA E SUCÇÃO, VÁLVULA DO CANAL DE BIÓPSIA							
<b>Defeito Reclamado</b> EQUIPAMENTO ENVIADO PARA AVALIAÇÃO.							
<b>Laudo Técnico</b> APÓS AVALIAÇÃO TÉCNICA CONSTA-SE QUE O EQUIPAMENTO APRESENTA: TUBO DE INSERÇÃO COM DESGASTE, TUBO CONECTOR COM TRAUMAS EM SUA EXTENSÃO, TAMPÃO DE TESTE COM VAZAMENTO, BORRACHA DA PONTA FLEXÍVEL COM DESGASTE, GUIA DE LUZ COM PERDA DE +/- 10%.							
<b>Valores do Orçamento</b>							
Código		Pecas a substituir		Unid	Qtd	Vlr Unitário	Totais
0009	HORA TÉCNICA			Hr	10		
	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO COMPLETA			Unid	1		
	ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DO EQUIPAMENTO			Unid	1		
	RETRADA DE VAZAMENTO			Unid	1		
	LIMPEZA DAS LENTES E COMPONENTES INTERNOS			Conj	1		
	AJUSTE NO SISTEMA DE ANGULAÇÕES			Conj	1		
	CHECK-UP OPERACIONAL			Unid	1		
	VEDAÇÃO COMPLETA			Unid	1		
	TESTE FINAL			Unid	1		
0007	FRETE						
SUB TOTAL							
Total Geral:							R\$ 14.360,95
<b>Condições Gerais</b>							
Condições Pagamento: 50% NA APROVAÇÃO E 50% NA ENTREGA							
Prazo de Entrega: DENTRO DE 30 A 40 DIAS CONDICIONADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PELO FABRICANTE							
Garantia: 90 dias a partir da data de faturamento, contra qualquer defeito nos serviços executados e peças substituídas neste orçamento especificadas. Problemas com lentes, fibras ópticas, lentes e material de consumo comum, a garantia se limita à integridade física do material na data de entrega. Danos originados por uso indevido, manipulação inadequada ou violação do equipamento não são cobertos por esta garantia.							
Condições Gerais: 1) O prazo para autorização ou não deste orçamento será de 15 dias corridos a partir da data de emissão. Caso não haja a aprovação ou a renovação do orçamento por parte do cliente, faremos contato para a retirada de equipamento ou o mesmo será remeido com frete a pagar no local de entrega.							
Validade da Proposta: 15 DIAS							
<b>Observações</b> A manutenção em questão, refere-se tão somente aos itens (peças e serviços) citados acima e a garantia se restringe a eles. Durante a abetura do equipamento, poderão surgir novas peças com necessidade de troca que não foram relacionadas no orçamento. Caso isso ocorra, nos quadamos o direito de realizar uma nova avaliação do equipamento e posteriormente um novo orçamento. Nossa garantia não cobre qualquer tipo de dano relacionado ao CCD de imagem, bem como placa geradora. Para aparelhos que sofreram infiltrações, a garantia não cobre manchas ou embaçamento que vierem a aparecer no decorrer do tempo no CCD de imagem e ou nas lentes dos mesmos.							
Atenciosamente ALAN ASSIS 31-3337-2929 / 31-99985-5808 Importante							
Assinatura:		Data aprovação:					
A EFETIVAÇÃO DO MESMO SOMENTE OCORRERÁ APÓS O RECEBIMENTO DO ACENTE DESTA CONFIRMAÇÃO POR FAX OU EMAIL							



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COMPRADOR, em 21/11/2023 às 10:08, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 24/11/2023 às 07:38, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por JEZIEL BARBOSA FERREIRA, 476.308.411-91, DIRETOR GERAL, em 27/11/2023 às 10:00, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 322228 e o código verificador 45133.