



Goiânia, 28 de Dezembro de 2021.

À

**HEJA- INTITUTO CEM**

**CNPJ: 12.053.184/0004.80**

**Rua: Ordene Ferreira Rios, Qd. 0020 Lot.0005**

**Bairro: Jardim Aeroporto, Setor-102**

**CEP: 76.330.000 – Jaraguá – GO – (62) 991286252.**

**ASSUNTO PROPOSTA**

**GROSSI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI**

**CNPJ: 26.335.926/0001-21**

**Rua 810, n.º 418, Cole mar Natal e Silva**

**CEP: 74.633-150 - Tel.: (62) 32617627 - 996819056.**

**End. eletrônico: [eriveltotgrossi@hotmail.com](mailto:eriveltotgrossi@hotmail.com)**

Em atendimento ao convite recebido desta instituição vimos a seguir apresentar proposta orçamentária para o fornecimento de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva na Central de Ar Medicinal e Central de Vácuo do Hospital Heja de Jaraguá.

A presente proposta contempla a mão de obra e o fornecimento de material.

***Central Geradora de Ar Medicinal sobre tanque GX-7-FF Atlas Copco.***

- 1-) Filtro Separador de Ar e Óleo.....1 Separador.**
- 2-) Filtros de Óleo.....1 Filtro de Óleo.**
- 3-) Filtro de Ar.....1 Filtro.**
- 4-) Óleo Lubrificante Semi Sintético.....3 Litros.
- 5-) Limpeza do Sistema.
- 6-) Revisão da Central de Vácuo.
- 7-) Mão de Obra.

Preço do Serviço.....R\$ 2.980,00.

Garantia do Serviço.....90 dias.

Sem mais e na expectativa da consideração de nossa proposta nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Erivelto T. Grossi.





Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COMPRADOR, em 04/01/2022 às 17:08, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 04/01/2022 às 18:12, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:  
<https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 44229 e o código verificador 6052.