

19 de janeiro de 2022

Orçamento da Ordem de Serviço 1895

Cliente Instituto CEM
Endereço Avenida Deputado Jamel Cecílio, Jardim Goiás, Goiânia-GO **CEP:**74.810-100
CNPJ/CPF 12.053.184/0006-41
Fones (62) 3157-0732
Email contato@institutocem.org.br
Aparelho GastroscoPIO **Entrada** 19/01/22
Marca OLYMPUS **Modelo:** GIF-Q145
Nº de Série 2405016 **Nº Patrimônio:** nao consta
Acessórios: Maleta de transporte

Defeito/Reclamação

A verificar.

Laudo Técnico

Serviço a realizar: Troca dos canais de ar e água do tubo de conexão, troca do kit de vedação, ajustes nos cabos de angulação.

Valores do Orçamento

Peças a substituir	Qtd	VI Un	Total
Kit de Vedação	1	100,00	100,00
Canal de ar	1	650,00	650,00
Canal de Agua	1	650,00	650,00

Total R\$ 1.400,00

Solutecmed CNPJ: 38.118.490/0001-06
Rua Bom Fim, Qd.k, Lt.14- Vila Galvão- Senador Canedo.
Fone: (62) 9 8105-3301 Willian
E-mail: Willian@solutecmedgo.com.br / Joyce@solutecmedgo.com.br

Instituto CEM

SOLUTECMED



PISOM ENDOSERVICE EIRELI
Rua Emmanuel, N° 230, Qd: 09 Lt: 36
74.890-723 - Goiânia, GO
Telefone: (62) 3273-0381
CNPJ: 17.862.336/0001-66

Proposta N° 104

Para

INSTITUTO CEM
CNPJ: 12053184000641, IE: ISENT0
Avenida Deputado Jamel Cecílio, 2496, QUADRAB22 LOTE 4E SALA A-26/01 EDIF COM
NEW BUSINESS STL, Jardim Goiás
74810100 - Goiânia, GO
Fone: (62) 3157-0732, Celular: (62) 98595-1804, michelle.generozo@hugo.org.br

Número da Proposta	104
Data	19/01/2022

A empresa PISOM ENDOSERVICE EIRELI apresenta a seguinte proposta para prestação de serviço CORRETIVO e PREVENTIVO em ENDOSCÓPIOS FLEXÍVEIS, Vídeo Gastrosκόpio.

VIDEO GASTROSCÓPIO FABRICANTE OLYMPUS MODELO GIF-Q145 N° DE SERIE: 2405016

O equipamento passará por avaliação de entrada, se for constatado outros serviços além do que foi informado pelo o cliente o responsável pelo equipamento será informado, havendo alterações no orçamento.

Os itens da Manutenção Corretiva e Preventiva será executado conforme informação descrita abaixo, (Outros itens ou serviços).

Vendedor(a): Carlos César - CFT: 71801480168

Aos cuidados de: Michelle

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
1	CANAL DE AR/AGUA GASTRO OLY 1.2mm (conjunto Y bifurcação)		UN	1,00	509,50	0,00	509,50	509,50
2	BORRACHA FLEXIVEL 9.8mm		UN	1,00	280,00	14,29	240,00	240,00
3	KIT ANEL DE VEDAÇÃO OLY SERIE 140		UN	1,00	260,00	42,31	150,00	150,00
4	Serviço técnico corretivo (desmontagem, montagem, calibração e testes)	STC-0003	HR	3,00	320,00	0,00	320,00	960,00
5	Serviço técnico preventivo (desmontagem parcial, lubrificação, limpeza, calibração e testes)	STP-0004	HR	2,00	290,00	100,00	0,00	0,00

Outros itens ou serviços

Manutenção Preventiva.

Componentes a serem inspecionados:

Tubo de Inserção, tubo conector universal, cones, conector eletrônico, knob (manoplas), travas de freio, caixa do corpo, alojamento das válvulas, entrada canal de trabalho, canais de aspiração, ar/água, canal de trabalho, conectores, botões de controle eletrônico, inspeção de quantidades de lúmens, aspecto da imagem.

Ajustes:

Ângulos da seção flexível de acordo com o fabricante, espiral guia cabos, mecanismos superior, batentes, parâmetros eletrônicos, posição bico difusor, posição da imagem conforme ângulo.

Incluso troca da borracha da cobertura da seção flexível.

Limpeza:

Desobstrução dos canais de irrigação, polimento de lentes, acabamento cola das lentes, limpeza pinos conector eletrônico, lubrificação dos mecanismos superior e da seção flexível.

Emissão de documentos:

O.S, Check list, Check out e Cronograma de manutenção.

N° de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
5,00	8	0,00	730,00	1.859,50	0,00	1.859,50

Condições comerciais

Dias	Data	Valor	Obs.
0		1.859,50	

Condições gerais

Prazo de entrega	10
Validade	60 dia(s)
Garantia	3 mes(es)

Observações

Forma de pagamento: A combinar

Atenciosamente, Carlos César
Departamento de vendas

Data da aprovação ____/____/____	Assinatura do cliente _____	Proposta N°: 104 Valor Total: 1.859,50
-------------------------------------	--------------------------------	---

Á

Proposta Hospital Urgencias de Goiânia (Hugo) .**Prezados Senhores,**A Empresa **Imperial Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA**,

inscrita no CNPJ sob o nº 20.140.256/0001-01, sediada na Rua T-30 Qd. 29 Lt. 07 nº.666 - Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP: 74.275-150, tendo examinado o o pedido de cotação, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento do produto, de conformidade com a cotação mencionada, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custo diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos, taxas e demais custos incidentes.

COTAÇÃO DE PREÇO					
REF	PRODUTO	MARCA	QTD	PREÇO PCT	TOTAL
KIT	Kit de Vedação	Olympus	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	canal de ar	Olympus	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00
	Canal de Agua	Olympus	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00
				TOTAL	R\$ 1.600,00

Validade da proposta: 10 dias

Entrega: (3 dias)

Pagamento: A Combinar.

Frete: CIF

Faturamento minimo: 1000,00**Prazo de entrega: 5 (cinco) dias após confirmação do pedido.**

Goiânia, 19 de Janeiro de 2022

Jordaniel de Sousa**Representante comercial - Imperial Hospitalar****contato: 62-99990-5749****Whatsapp : (62) 98226-0342**



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COMPRADOR, em 24/01/2022 às 09:47, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA, 406.849.858-02, COMPRADOR, em 24/01/2022 às 12:49, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 24/01/2022 às 12:57, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por JEZIEL BARBOSA FERREIRA, 476.308.411-91, DIRETOR GERAL, em 24/01/2022 às 14:13, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por QUEILIENE ROSA DOS SANTOS, 010.009.211-07, DIRETOR ADMINISTRATIVO, em 24/01/2022 às 16:40, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 47705 e o código verificador 6652.