

PROPOSTA

1

Cotação do fornecedor

NRO PROPOSTA	NRO GERENCIAL	ABERTURA	ENCERRAMENTO	NRO PROCESSO	SITUAÇÃO
123	129954	17/02/2022 08:28:51	23/02/2022 18:00:00	6711	Encerrada
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR/ SELADORA (UET)					
COMPRADOR					
12.053.184/0006-41 - INSTITUTO CEM					
ENDEREÇO DE COBRANÇA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					
ENDEREÇO DE ENTREGA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					

CNPJ		NOME DO FORNECEDOR	VALIDADE	COND PGTO	FRETE	PRAZO ENTREGA	FATURA MÍNIMA	VENDEDOR		TOTAL
30.314.811/0001-28		Z&A.COM SOLUCOES EMPRESARIAIS	04/03/2022	30 DIAS	CIF	10 DIAS	0,00	MARCOS CAMARGO		1.390,00
NRO.	DESCRIÇÃO DO ITEM		REFERÊNCIA DA MARCA/PRODUTO	MARCA	QTDE PEDIDA	UN	QTDE COTADA	COTAÇÃO ANTERIOR	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	SELADORA DE PEDAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - SELADORA CAPAZ DE FECHAR PAPEL/EMBALAGEM DE GRAU CIRÚRGICO; - SER DO TIPO PEDAL; - ESTRUTURA RESISTENTE EM CHAPA DE AÇO; - ACABAMENTOS SUPERFICIAL EM PINTURA ELETROSTÁTICA; - POSSUIR UM COMPRIMENTO DE SELAGEM DE PELO MENOS 36 CM; - POSSUIR UMA LARGURA DE SELAGEM DE NO MÍNIMO 13 MM; - NÃO PESAR MAIS QUE 15 KG; - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V / 60 HZ; - POSSUIR GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES. - ENVIAR FICHA TERMICA DO EQUIPAMENTO, NAO ENVIO DE FICHA TECNICA ACARRETARA NA DESCONSIDERACAO DA PROPOSTA		3581	RBAIÃO	1,00	UNIDADE	1,00	0,0000	1.390,0000	1.390,00
TOTAL COTADO							1.390,00			



Soluções empresariais

SELADORA DE PEDAL



SELA EMBALAGENS: GRAU CIRURGICO.

- ESTRUTURA DE CHAPA DE AÇO.
- PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTI-CORROSIVO.
- MESA DE APOIO REGULÁVEL, CONFORME O PRODUTO.
- GARANTIA: 12 MESES.

CÓD	SELAGEM		DIMENSÃO DA MÁQUINA			PESO KG	TEMPORIZADOR
	LARG.	COMP.	LARG.	COMP.	ALT.		
3581	13	400	320	420	940	7,5	SIM

*MEDIDAS EM MILÍMETROS

Z&A.COM Soluções empresariais

CNPJ:30.314.811/0001-28 Contato: MARCOS CAMARGO 62 991550179



PROPOSTA

2

MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA AMÉRICA COMERCIAL E SERVIÇOS

americacomercalservicos@gmail.com

CLIENTE: HUGO

END: Compras

FONE:

DATA: 12/04/2022

Nº	Bens, Materiais ou Serviços	Quant.	Und	Preço unit.	Valor total
1	SELADORA R BIAIO 40CM REF: 3581	1	UND	R\$ 1.397,00	R\$ 1.397,00
2					
3					
4	VALIDADE DA PROPOSTA - 10 DIAS				
5	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 21 DIAS				
6	PRAZO DE ENTREGA - 05 DIAS				
7					
8					R\$ 1.397,00
Preço Total					

37.031.246/0001-30
MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
AMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS
Rua São Sebastião nº 258 Qd.19 Lt.01 Sl.04
Vila Regina CEP 74.453-625
GOIÂNIA, GO

AMERICA COMERCIAL				
-------------------	--	--	--	--

Assinatura do Cliente

Seladora 3581 R.baião Hospitalar Grau Cirúrgico Pedal 40 Cm

Seladora Barra Quente 3581 Hospitalar á pedal R.Baião

Sela Embalagens: Somente Papel Grau Cirúrgico.

-Não sela plásticos comuns

- Estrutura De Chapa De Aço.
- Pintura Eletrostática Epoxil, Com Tratamento De Superfície Anti-Corrosivo.
- Mesa de Apoio Regulável, Conforme o Produto;.
- Garantia: 12 Meses através da Assistência técnica do fabricante.

Sela as embalagens: Papel grau cirúrgico

Solda: Larg. 13mm / Comp. 400 mm

Largura maquina: 320 mm

Comprimento da maquina: 420 mm

Altura da maquina: 940 mm

Peso: 7,5 Kg

TENSÃO: Bivolt

CORRENTE: 2,5/2,4 A

Consumo: 0,31/0,52 KW/H



PROPOSTA

3

Cotação do fornecedor

NRO PROPOSTA	NRO GERENCIAL	ABERTURA	ENCERRAMENTO	NRO PROCESSO	SITUAÇÃO
123	129954	17/02/2022 08:28:51	23/02/2022 18:00:00	6711	Encerrada
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR/ SELADORA (UET)					
COMPRADOR					
12.053.184/0006-41 - INSTITUTO CEM					
ENDEREÇO DE COBRANÇA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					
ENDEREÇO DE ENTREGA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					

CNPJ		NOME DO FORNECEDOR	VALIDADE	COND PGTO	FRETE	PRAZO ENTREGA	FATURA MÍNIMA	VENDEDOR		TOTAL		
30.098.399/0001-56		LWM PLASTIC	28/02/2022	30 DIAS	CIF	8 DIAS	500,00	ROMARIO MORAIS		2.488,00		
NRO.	DESCRIÇÃO DO ITEM			REFERÊNCIA DA MARCA/PRODUTO	MARCA		QTDE PEDIDA	UN	QTDE COTADA	COTAÇÃO ANTERIOR	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	SELADORA DE PEDAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - SELADORA CAPAZ DE FECHAR PAPEL/EMBALAGEM DE GRAU CIRÚRGICO; - SER DO TIPO PEDAL; - ESTRUTURA RESISTENTE EM CHAPA DE AÇO; - ACABAMENTOS SUPERFICIAL EM PINTURA ELETROSTÁTICA; - POSSUIR UM COMPRIMENTO DE SELAGEM DE PELO MENOS 36 CM; - POSSUIR UMA LARGURA DE SELAGEM DE NO MÍNIMO 13 MM; - NÃO PESAR MAIS QUE 15 KG; - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V / 60 HZ; - POSSUIR GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES. - ENVIAR FICHA TECNICA DO EQUIPAMENTO, NAO ENVIO DE FICHA TECNICA ACARRETARA NA DESCONSIDERACAO DA PROPOSTA			SELADORA DE PEDAL PROTECT SEAL PEDAL 42CM PAPEL GRAU CIRÚRGI	AGIR		1,00	UNIDADE	1,00	0,0000	2.488,0000	2.488,00
TOTAL COTADO								2.488,00				

Para selar embalagem de papel grau cirúrgico e plástico/plástico.

Seladora com acionamento através de pedal, com controle de temperatura analógico por termostato.

Confeccionado em aço carbono, aumentando a durabilidade do produto.

Sistema para aquecimento com resistência blindada.

Pintura epóxi eletrostática na cor branca.

Área para selagem: 42cm.

Largura para selagem: 13mm

Bivolt (127/220 V) automático.

1. Para ligar:

Utilizar tomada de três pinos com aterramento conforme padrão brasileiro (NBR 14136).

Conectar o cabo de alimentação à rede elétrica 110 ou 220 V.

Para usar o equipamento, acionar o botão no indicador RESET.

Girar o botão regulador (termostato) na temperatura desejada, observar que a barra de selagem começara a aquecer.

2. Para selar o papel grau cirúrgico:

Girar o botão termostato na temperatura desejada.

Aguardar de 3 a 8 minutos para que o produto atinja a temperatura ideal para selagem.

Posicione o papel grau cirúrgico na barra de selagem sempre com o lado do papel para baixo e a parte do plástico/filme para cima.

Atenção: nunca coloque o plástico/filme na barra de selagem, se isso ocorrer, a barra poderá ficar com resíduos (tipo marrom), comprometendo a eficácia da selagem.

Pressionar moderadamente com o pé (via pedal) a parte superior da PROTECT SEAL PEDAL 42cm, entre 5 a 7 segundos ou até que ocorra o selamento adequado do papel grau cirúrgico.

3. Para selar plástico/plástico:

Girar o botão regulador (termostato) na temperatura desejada, observar que a barra de selagem começara a aquecer.

Aguardar de 3 a 8 minutos para que o produto atinja a temperatura ideal para selagem.

Posicionar o plástico na barra de selagem.

Pressionar moderadamente a parte superior do produto, entre 5 a 7 segundos ou até que ocorra o selamento adequado do material.

Observação: para embalagens de maior ou menor espessura, aumentar ou diminuir a temperatura, de acordo com a orientação do fabricante do material.

4. Para desligar:

Girar o botão regulador de temperatura (termostato) até a posição desligado.

Apertar/acionar o botão no indicador OFF, observar que apagara a luz do botão.

Por medida de segurança sempre, ao término do expediente de trabalho, antes de realizar procedimentos de limpeza e/ou substituições de componentes, desconectar o cabo de alimentação da rede elétrica.

5. Para substituição da fita isolante:

Sempre que necessário realizar a substituição (p.ex. caso esteja danificada, com excesso de sujeira e/ou gasta).

Desligar o produto (seguir item 4).

Realizar a troca da fita isolante de acordo com as orientações do fabricante do material.

6. Para limpar a área de selagem:

Desligar o produto (seguir item 4).

Aguardar o produto esfriar totalmente.

Com auxílio de um pano levemente umedecido com álcool 70, passar delicadamente na fita isolante até que saia toda a sujeira.

Caso a fita isolante esteja danificada, com excesso de sujeira e/ou gasta a realizar a substituição da mesma.

Aguardar 5 minutos para utilizar o produto novamente.

O acúmulo de resíduos pode prejudicar a selagem e reduzir a vida útil do produto.

Garantimos este produto contra defeitos de fabricação por um período de 12 (doze) meses, já incluso o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, com início a partir da data de emissão da nota fiscal ao primeiro proprietário, onde deverá constar o número de série do produto.

Durante a vigência desta garantia e havendo necessidades de manutenção e/ou reparo, o consumidor deverá se dirigir com o produto e com a nota fiscal à Assistência Técnica Autorizada AGIR mais próxima, ou entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC | agir@agir.ind.br | (16) 3329.0559.

A relação das Assistências Técnicas Autorizadas AGIR poderá ser verificada no nosso site ou via SAC. Durante o período de garantia, nenhum serviço poderá ser executado, senão através da Assistência Técnica Autorizada AGIR, ou diretamente pela indústria.

O que a garantia não abrange:

Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso;

Custos com transporte e remoção do produto para consertos;

Atendimento domiciliar.

Consertos por pessoas ou empresas não credenciadas pela AGIR:

A lâmina para corte e fita isolante.

A partir do término da garantia, a critério do adquirente do produto, as Assistências Técnicas Autorizadas continuarão a prestar serviços de manutenção e reparos, mas os valores serão cobrados diretamente pelas mesmas.

A AGIR obriga-se a reparar unicamente os produtos com comprovado defeito de fabricação, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este manual com nota fiscal de compra sempre em mãos.

01 PROTECT SEAL PEDAL 42cm

01 Manual do usuário

CODIGO DO PRODUTO:

PA033

Uso profissional.

Manter longe do alcance das crianças.

Manter seco.

Manter ao abrigo do sol.

PROTECT SEAL PEDAL 42cm trabalha com altas temperaturas, tenha cuidado para não tocar acidentalmente nas partes quentes.

O aterramento é essencial para a segurança do operador e garantia de seu produto. Por isso o pino central (aterramento) nunca deverá ser retirado. A não observação desse procedimento poderá danificar seu produto e perderá a garantia do mesmo.

Não os responsabilizamos por danos causados por instalações inadequadas e/ou oscilações da rede elétrica.

A montagem do produto é de responsabilidade do cliente.

Isento de registro na ANVISA.

Validade indeterminada.

Imagens contidas neste site são meramente ilustrativas.



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 20/04/2022 às 11:03, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COMPRADOR, em 20/04/2022 às 11:48, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA, 406.849.858-02, COMPRADOR, em 20/04/2022 às 12:16, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por JEZIEL BARBOSA FERREIRA, 476.308.411-91, DIRETOR GERAL, em 20/04/2022 às 19:37, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por THADEU DE MORAIS GREMBECKI, 220.520.218-92, DIRETOR ADMINISTRATIVO, em 21/04/2022 às 18:06, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS, 010.009.211-07, DIRETOR ADMINISTRATIVO, em 25/04/2022 às 15:27, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 80098 e o código verificador 6711.